

福建师范大学环境与资源学院

福建师范大学碳中和现代产业学院

## 实验室安全检查整改通知

各科研团队：

2023年9月27日，我院安全工作领导小组开展中秋国庆假期前的实验室安全检查工作，现将检查发现问题及整改事项通知如下：

### 1. 科研实验 14#楼 514 室

存在问题：在试剂柜中发现盐酸、硫酸等，未按易制毒类化学品的要求进行储存和使用管理。

整改建议：易制毒化学品专柜存放，专柜应上双锁，配备易制毒化学品使用台账。

### 2. 科研实验 14#楼 409 室

存在问题：实验室门口走廊的喷淋洗眼装置未发现维护检查记录。

整改建议：安排专员定期对喷淋洗眼装置进行检查，并做好记录。

### 3. 科研实验 14#楼 215 室

(1) 存在问题：实验室门上的观察窗被实验室全部遮挡。

整改建议：实验室观察窗不能用其他物品遮挡。

(2) 存在问题：在试剂柜中发现盐酸，未按易制毒类化学品的要求进行储存和使用管理。试剂柜的层板已部分弯曲变形。

整改建议：易制毒化学品专柜存放，专柜应上双锁，配备易制毒化学品使用台账。为避免承重不够带来的安全隐患，建议更换试剂专柜。专柜类型有 PP 材质、防腐专柜等。

### 4. 共性问题

实验室台面积灰，室内脏乱，垃圾未及时清倒。

请各团队对上述问题，举一反三，迅速抓好整改，消除安全隐患，整改完成后由各团队安全员自查，届时学院安全工作小组将复查。

福建师范大学环境与资源学院 碳中和现代产业学院

2023 年 9 月 27 日